

電動油圧手術台 一式

仕様書

令和 8 年 10 月
島根県済生会江津総合病院

I. 調達物品の構成内容

物品名：電動油圧手術台 一式

(想定は、ミズホ株式会社 MOS-1302B とするが、同等もしくはそれ以上の機能を有するものも可とする)

品目名

- | | |
|------------|-----|
| 1. 電動油圧手術台 | 1 式 |
| 2. 手術台周辺機器 | 1 式 |

II. 設置場所

島根県江津市江津町 1016-37

島根県済生会江津総合病院 手術室

III. 基本的要件

1. 納品は令和 9 年 3 月 31 日までに完了させること。
2. 本装置の支払いは納入のあった日の当月末日に一括支払いとすること。
3. 搬入、据付、調整を含み、即使用可能な状態とすること。
4. 配送料、組立料、その他費用は本体費用に含めること。
5. 本装置の使用者及び関係者に対して担当者より操作説明等についての説明・教育を行うこと。
6. 納品引き渡しは全ての機器が正常に作動し、即使用出来ることを確認し、取扱い説明書など必要と思われる書類を提出、当院スタッフへの取扱い説明を行った上で納品完了とすること。
7. 保証期間は本物品検査受領後 1 か年とする。(消耗部品は除く)
ただし、受注者または製造者の責任に帰する物品の破損等については保証期間終了後であっても無償修理または良品に取り換えるものとする。
8. アフター体制が万全であり、緊急連絡先等がわかるようにしておくこと。
9. 修理・問い合わせ等が発生した場合、迅速に対応できること。
10. メーカーが推奨する日常点検簿がある場合は添付すること。
11. 本仕様に関して疑義が生じた場合には双方協議の上解決すること。
12. 本件買い入れの際に知りえた情報については、第三者に対して漏洩してはならない。

IV. 性能・機器等に関する仕様

1. 電動油圧手術台は、以下の要件を満たすこと
1-1 テーブルトップ寸法：L2, 055mm×W500mm 程度

- 1-2 ベース寸法：L973 mm×W483mm 程度
- 1-3 電源：単相 AC100V 50-60Hz
- 1-4 電力消費量：400VA 程度
- 1-5 重量：330kg 以下
- 1-6 操作方式：電動油圧式
- 1-7 昇降範囲：床面からの最低位 670 mm、最高位 1,140mm(電動)
- 1-8 縦転角度：頭上り 25°、頭下り 25°(電動)
- 1-9 横転角度：左下り 20°、右下り 20°(電動)
- 1-10 背板屈折角度：上り 60°(電動)
- 1-11 自動水平復帰機能：縦転、横転、腰板屈折上り→水平位置
- 1-12 頭部板屈折角度：上り 60°、下り 90°(手動式)
- 1-13 脚板屈折角度：上り 30°、下り 90°(手動式)
- 1-14 脚板展開角度：左右 90°(手動式)
- 1-15 対応荷重：135kg
- 1-16 本体ベース部分に予備スイッチを装備していること
- 1-17 バッテリー及び充電器を内蔵し、バッテリーインジケーターを装備していること
- 1-18 手動のブレーキ解除ハンドルを装備していること
- 1-19 手術台の固定が電動 4 点油圧固定式であること
- 1-20 キャスターは 4 輪自由車を装備していること
- 1-20 手術台アクセサリーにおいて、最低でも当院所有の下記製品の取り付けが可能であること
ミズホ製 下肢牽引装置(参考：08-115-01 牽引装置アーム (A))

2. 手術台周辺機器

- 2-1 上肢台用マットレスは 2 台とすること

3. その他

- 3-1 機能以外の条件に関して以下の要件を満たすこと
 - 3-1-1 入札時点で製品化されており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の承諾を得た機器であること
 - 3-1-2 本装置のセットアップにあたって、当院の担当者と十分協議をおこなうこと
 - 3-1-3 納入機器に必要なシステム接続に関する工事が必要な場合は事前に調査を行い、必要な費用は機器側の金額内に含めること
 - 3-1-4 当院が指定した場所に本装置を設置し、運転調整をおこなうこと
 - 3-1-5 本装置の搬入、設置、調整等は当院の指示のもとに実施すること

- 3-1-6 本装置の稼動にあたっては、当院の指示のもとに当職員に関係法令に基づく十分な操作方法等の教育をおこなうこと
- 3-1-7 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であり、これを証明できる書類を提出すること
- 3-1-8 検収完了日から1年間は無償保証期間とすること